

LICITACION N° 016-2008 CARE PERU

ABSOLUCION DE CONSULTAS

CONSULTA N° 01:

Numeral (es): II OBJETO
Anexos (s): Formulario A4
Pagina (s): 2, 23

En el mencionado numeral, se presenta un cuadro de requerimiento en donde se hace mención de una característica que limitaría la participación de postores que no cuenten con Presentaciones de kits de 25 o 50 test.

¿Aceptaré el comité presentaciones de 40 o 100 test y así permitir una mayor participación de postores?

RESPUESTA N° 01:

Los puntos de distribución son establecimientos de salud de primer nivel (centros y puestos de salud) que en muchos casos tienen una población bastante reducida, por lo que es conveniente la menor unidad de medida del Kit ya que se facilita su distribución.

En ese sentido se aceptarán propuestas de presentaciones que estén dentro del siguiente rango de 25 hasta 50 tests.

No obstante, se sugiere a los postores que contaran con presentaciones diferentes a la solicitada, presenten su propuesta, la que será evaluada solamente cuando no existan postores que hayan presentado su oferta dentro del rango solicitado.